

«Соблюдения законодательных актов (проблемы для испытательных центров и пути их решения)»

№№	Краткий доклад	Пояснение проблемы	Решение проблемы (предложение)	Примечание
1	<p>В соответствии с «Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 N704. "Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации"»</p> <p>Сведения, указанные в подпункте "г" пункта 8 настоящего Положения, - в течение 10 рабочих дней с даты поверки средств измерений.</p> <p>В соответствии с Приказ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 июля 2020 г. N 2510 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ</p> <p>Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (АРШИН), передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, по п.21 Аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, в сроки, согласованные с лицом, представляющим средства измерений в поверку, но не превышающие 20 рабочих дней (для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин) и 40 рабочих дней (для остальных средств измерений) с даты проведения поверки средств измерений.</p>	<p align="center">РАЗНОЧТЕНИЕ</p>	<p>1 Согласовать сроки путем внесения корректировок в Постановление или в Приказ.</p> <p>2 Интегрировать две системы ФГИС Росаккредитации на основе АРШИН, т.е. обеспечить автоматическую передачу данных из АРШИНА.</p>	<p align="center">Два ведомства участвуют в процессе, при этом необходима взаимосвязь.</p>
2	<p>Поверочная организация внесла сведения в АРШИН о результатах поверки СИ, но потом через некоторое время информация была аннулирована (например: было выявлено несоответствие по результатам проверки со стороны контролирующего органа)</p>	<p align="center">ЗАКАЗЧИК ИЦ НЕ БЫЛ ИНФОРМИРОВАН И ИСПОЛЬЗОВАЛ СИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗАПИСИ ИЗ АРШИН. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ И НУЖНА ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ.</p>	<p>1 Внести поправки, что для потребителей на момент использования СИ и нахождения информации в АРШИНе испытания признавались действительными и СИ поверенными.</p> <p>2 Обязать поверочную организацию уведомлять Заказчика поверки в момент удаления записи из АРШИНА, т.е. с какого числа аннулируются результаты поверки (запись в АРШИНЕ) - заранее.</p>	<p align="center">Два ведомства участвуют в процессе, при этом необходима взаимосвязь.</p>